

Annexe C : Tableau de répartition des délais d'intervention

	Tous les services	Cardiologie	CGD et onco.	Chir. Ortho. et traumat.	Chir. Vas.	Dermato	Gériatrie (U.C.S.G.)	H.G.E.A.	Méd inter et néphro	Méd inter (5)	Ophthalmologie	O.R.L.	Pédiatrie	Pneumologie	Réa. chir.	Réa. med.	Bloc op	Rhumatologie	stomatologie	Urgences	Ana-path	A nes. - Réa.	Biochimie	E.F.R.	Hémato. et immno.	Microbiologie	Pharmacie	Sterilisation	Radiologie	Rééducation fonc.		
Analyseur d'immuno.	D1																						D1	D1	D1	D1						
Analyseur / automate	D1																															
Analyseur du PH-gaz du sang	D1																															
Machine à laver les instruments	D1																					D2		D2				D1				
Autoclave	D1																		D1							D2		D1				
Lave bassin / vaisselle	D2																															
Machine à laver les endoscopes							D1						D1																			
Centrale d arythmie		D1													D1								D1									
Table d operation / scialytique																	D1															
Appareil nettoyage de salle de bloc																	D2															
Autres App. de labo	D7																															
Appareils de perfusion	D7	D7		D7	D7	D7	D7	D7	D7			D7	D7	D7	D7	D7	D7	D7	D7	D7		D7								D7		
Autres mat.bloc opérat./anesthésie	D3																															
Autres mat.médical	D7																															
Autres monitoring	D2																															
Bistouri	D1																															
Centrifugeuse								D7														D3		D3		D3		D3				
Chromatographie	D2																															
Défibrillateur	D2																															
ECG	D3								D3						D3	D3																
Echographie	D1	D1													D1		D1														D1	
EEG																									D1							
Endoscope / coelioscope	D1						D1								D1																	
Étuves / incubateurs CO2	D3																															
Fauteuil dentaire																				D1												
Hotte à flux laminaire / PSM	D1							D1					D1									D1		D1			D1	D1				
Incubateur													D2																			
Matériel de radio	D1																															
Microscopie	D2																															
Moniteur de surveillance cardio-respiratoire		D2											D2		D2	D2						D1		D1								
Polygraphe + Pléthysmo.																									D1							
Reprographie / dévelop.																															D2	
Respirateur													D2		D2	D2							D1		D1							
Spectrophotométrie / spectrofluoro.	D2																															
Thermosoudeuse																																D2

Critères de délai réparation :

délai <1 jour : D1, délai <2jours : D2, délai <3jours : D3, délai <7 jours : D7,