

### Centre Hospitalier René Dubos

### Objectifs

### Obligation de maintenance

- 692 lits MCO
- Région parisienne
- Bassin de 500000 patients
- Certification HAS v2010



- IRM
- Scanners
- Gamma Caméra
- Salle de coronarographie

- Etre en conformité avec la réglementation
- Obtenir un meilleur suivi des DM
- Planifier la maintenance et les contrôles qualité


- Décret 5 décembre 2001 [1]
- Arrêté 3 mars 2003 [2]

### Priorité


### Mise en œuvre

**Maintenance interne**

- Autoclave
- Réchauffeur patient
- Défibrillateur



### Organisation Politique de Maintenance



### Création outil

- Management
- Ressources humaines
- Coûts
- Outils de maintenance et de contrôle
- Réglementation
- Dispositifs Médicaux

### DM moins critiques

- Moniteurs: MP = 800h
- Multi-paramétriques
- PNI
- SPO2

### Conclusion

**Indicateurs**

MP\* réalisée / MP\* prévue

Entre 2 et 20% en interne

Entre 8 et 28% en externe

### Perspectives d'avenir

- Optimiser les Locaux
- Anticiper les Formations
- Favoriser le Recrutement

### Bibliographie

[1] Décret 2001-1154 relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle qualité des dispositifs médicaux

[2] Arrêté 23 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux

<http://www.legifrance.gouv.fr>

<http://www.utc.fr/tsibh/public/abih/11/stage/ceram/index.html>

\* MP = Maintenance Préventive