

# Réflexion sur le RSQM et mise à jour du parc biomédical

## contexte

### Structure d'accueil



- Blanc Mesnil
- Capacité de 269 lits
- 2 pôles majeurs: la chirurgie et l'obstétrique
- Service biomédical: gestion des dm

### Etat des lieux du registre de sécurité, qualité et maintenance(rsqm)

Sous forme document papier



Support informatique

**Gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)**

- Pas de fiches pour chaque dm
- Les documents sont rangés par fournisseur et par année dans un classeur
- Certains dispositifs médicaux(DM) n'existent pas dans la base de données
- Les fichiers existants ne répondent pas au critère de la norme NF S 99-171

## Problématique et enjeux

### Problématique

Quelles actions sont à mener pour rendre le registre de sécurité, qualité et maintenance (RSQM) de HPSSD plus opérationnel ?

### Enjeux

- Pour le service biomédical :**
  - Maîtriser la gestion de la maintenance des dispositifs médicaux
  - Faire la veille règlementaire, normative et documentaire
  - Planifier l'achat des dispositifs médicaux
  - Montrer une image de marque du service
- Pour les services de soins :**
  - Mettre à leur disposition des dispositifs médicaux fiables
- Pour les patients :**
  - Garantir la sécurité de leurs soins
- Pour l'établissement**
  - Maîtriser le financement des achats des dm et le cout de la maintenance

## Evaluation de la fiche de description de dm dans la GMAO

Contenu	Situation après la réactualisation de GMAO de HPSSD			Recommandations
	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Pas satisfaisant	
<b>DESIGNATION</b>	x			
<b>N° d'identification dans l'établissement</b>	x			
<b>Type</b>	x			
<b>N° de série</b>	x			
<b>Classe CE</b>	x			Exiger le fournisseur le certificat de conformité aux exigences et effectivement la classe de son DM (et ce, avant l'achat du DM)

## Réactualisation de la base de données de la GMAO



## Inventaire du parc

N° Equipement	CNEH: Code	UF: Code	Désignation éqpt	Marque	Type Modèle	N° Série
0303-437	BLOC61302001	43-437	TABLE D'OPERATION / MAQUET	BETAMAQUET		2881
0304-437	ANES32001005	43-437	VENTILATEUR D'ANES DRAEGER	PRIMUS		ARXH-0072
0305-437	EXPL10214000	43-437	MONITEUR MULTIPARGE HEALTHCARE D-FPD15-08	DJK50122873		
0306-437	ANES320002003	43-437	EVAPORATEUR SERV DRAEGER	BAXTER		ARYE0183
0307-437	BLOC60401001	43-437	MODULE DE BISTOURI ERBE	VIO3005		11307457
0308-437	BLOC60201000	43-437	ECLAIRAGE OPERATOI HANAULUX	BLUE130		12631
0309-437	BLOC60201000	43-437	ECLAIRAGE OPERATOI HANAULUX	BLUE90		13298
0301-437	IMAGS0601000	43-437	ENSEMBLE D'ECHOGR MINDRAY	M7		PA13000472

## Proposition de plan de maintenance preventive

N° Equipement	CNEH: Code	UF: Code	Désignation	Marque	Type Modèle	N° Série	Mise en ser	mp prévu	mp faite	mp totalement
0303-437	BLOC61302001	43-437	TABLE D'OP/MAQUET	BETAMAQUET		2881		1	1	1
0304-437	ANES32001005	43-437	VENTILATEUR DRAEGER	PRIMUS		ARXH-0072		1	1	1
0305-437	EXPL10214000	43-437	MONITEUR A GE HEALTH D-FPD15-08	DJK50122873				1	1	1
0306-437	ANES320002003	43-437	EVAPORATEUR DRAEGER	BAXTER		ARYE0183		1	1	1
0307-437	BLOC60401001	43-437	MODULE DE ERBE	VIO3005		11307457		1	1	1
0308-437	BLOC60201000	43-437	ECLAIRAGE OPERATOI HANAULUX	BLUE130		12631		1	1	1
0309-437	BLOC60201000	43-437	ECLAIRAGE OPERATOI HANAULUX	BLUE90		13298		1	1	1
0310-437	IMAGS0601000	43-437	ENSEMBLE ALOKA	SSD-2000		31M14088		1	1	1
0311-437	IMAGS0601000	43-437	SONDE EXIT ALOKA	UST384-5		460012		1	1	1
0312-437	IMAGS0601000	43-437	SONDE EXIT ALOKA	UST1979-3.5		M09758		1	1	1
0313-437	ANES32301000	43-437	ASPIRATEUR ROCKET OF DAY SEC	DK5574				1	1	1
0314-437	LABO214450	43-437	ENCEINTE A THERMO	S3E B1		306010189		1	1	1
0315-437	INF00104000	43-437	IMPRIMANTE BROTHER	HL-53		E66902K0J		1	1	1
0316-437	EXPL10214000	43-437	BOITIER MOIGE HEALTH F-CU8-12-VG	6703207			janv-11	1	1	1

## Suggestions

- Il faut une gestion documentaire pour rendre opérationnel le RSQM
- Pour ce faire il faut augmenter le personnel du service biomédical

## Conclusion

- Mise en place de la base de donnée du parc biomédical
- Connaissance des dispositifs médicaux du bloc opératoire
- Expérience pour la gestion du parc biomédical

## Bibliographie

- <http://www.utc.fr/abih/>
- <http://www.generale-sante.fr/>
- NF S 99-171 AFNOR juillet 2006