

 <p>Centre hospitalier de Marne-la-Vallée</p>	<p align="center">CONTROLE QUALITE DU PANORAMIQUE DENTAIRE NUMERIQUE</p> <p align="center">(Décision du 08 Décembre 2008)</p>
	<p align="center">CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLEE 2 – 4 Cours de la Gondoire 77600 JOSSIGNY IMAGERIE MEDICALE</p>

SOMMAIRE

- Identification des éléments de la chaîne radiologique dentaire.
- Procédure de Contrôle Qualité
 - Contrôle qualité interne
 - Contrôle qualité externe
- Modes opératoires et fiches de suivi
 - Contrôle qualité de l'image
 - Contrôle du fonctionnement du système de lecture
 - Contrôle de l'état fonctionnel du panoramique

Date	Version	Rédigé par	Validé par
23 juin 14		Toussaint MBUNDANI	Sandrine CARVALHO Patrick BURAT



**CONTROLE QUALITE DU PANORAMIQUE
DENTAIRE NUMERIQUE**

(Décision du 08 Décembre 2008)

CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLEE

2 – 4 Cours de la Gondoire

77600 JOSSIGNY

IMAGERIE MEDICALE

IDENTIFICATION DU MATERIEL

❖ Panoramique dentaire

Marque	Modèle	N° de série	Date de mise en service
SIRONA	ORTHOPHOS PLUS	31542	2005

❖ Système de lecture

Marque	Modèle	N° de série	Date de mise en service
AGFA	CR 75,0	3156	2004

❖ Plaque ERLM

Marque	Modèle	N° de série	Date de mise en service
AGFA	ADCC compact		

❖ Matériel de contrôle qualité

Fantôme (Objet test)

Filtres (Plaque de cuivre de 0,8 à 1,6 mm)