

CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ

Service Biomédical

Ingénieur biomédical : sophie.niberi@ch-forez.fr - Tél : 04.77.96.74.18 - Fax : 04.77.96.78.75

SITE MONTBRISON

Techniciens biomédicaux : biomed.montbrison@ch-forez.fr
Tél : 04.77.96.78.22 ou 75.34 - Fax : 04.77.96.78.75

SITE FEURS

Technicien biomédical : biomed.feurs@ch-forez.fr
Tél : 04.77.27.53.63 - Fax : 04.77.27.52.53

RAPPORT D'INTERVENTION BIOMEDICAL

Identification de l'équipement

POUSSE-SERINGUE

Marque	GRASEBY
Modèle	3100
N° de série	68137
Service	CHIRURGIE A
N° inventaire	2138

Intervention N° : 47064

Type : PREVENTIF

Date demande : 19/06/2014

Date début intervention : 19/06/2014

Date fin d'intervention : 19/06/2014

Description de la demande

Mettre à disposition pour maintenance préventive sys.

Description de la prise en charge

ECHANGE DES BATTERIES

TEST ET CONTROLE OK

Techniciens internes

Corps de métier	Nom du technicien	Tps passé en H	Coût total € TTC
BIOMEDICAL	CHAVAGNEUX	0.50	20.00
TOTAL		0.50	20.00

Pièces Consommées

Local	Référence	Description	Qté	Coût total € TTC
02	ACP3702B	2V 2.5AH CYCLON	3.00	17.26
02	0053-0647	CABLE BATTERIES SECONDAIRE	1.00	5.93
TOTAL				23.19

Techniciens externes

Fournisseur	Nom du technicien	Tps passé	Coût total € TTC
TOTAL		0.00	0.00

	Technicien
Nom	CHAVAGNEUX
Signature	

	Service
Nom	
Signature	