



FICHE DE CONTROLE REGLEMENTAIRE DE LA CHAINE DE
TRAITEMENT D'EAU POUR LA STERILISATION

SEMAINE N°: /2015

PAGE 1/1

Tache à vérifier		Fréquence	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Compteur Eau entrée	M3	H							
Remplissage bac a sel	Kg	H							
Purge Vanne PE	OK	H							
Pression P1	Bar	J							
Pression P2	Bar	J							
Pompe 1	OK	J							
Pompe 2	OK	J							
Pression boucle P10/P11	bar	J							
OSMOSEUR GAMBRO (1)									
Débit eau pure	L/m	J							
Débit eau rejet	L/m	J							
Débit eau recirculation	L/m	J							
Conductivité entré	µs	J							
Conductivité sortie	µs								
Nb heures de service	h	J							
OSMOSEUR GAMBRO (2)									
Débit eau pure	L/m	J							
Débit eau rejet	L/m	J							
Débit eau recirculation	L/m	J							
Conductivité entré	µs	J							
Conductivité sortie	µs	J							
Nb heures de service	h	J							

Visa
(Nom et signature du technicien)

J : Journalier / H : Hebdomadaire



**FICHE DE CONTROLE REGLEMENTAIRE DE LA CHAINE DE
TRAITEMENT D'EAU POUR LA STERILISATION**

ANNEE : 2015

PAGE 1/1

Tache à exécuter	Fréquence	janvier	février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Désinfection d'osmoseurs	M												
Filtre 5 µm Hytrex	M												
Filtre 5 µm Nexis	M												
Filtre charbon	M												
Filtre 0,5 µm absolu	M												
Nettoyage du la testomat	3 mois												
Visa (Nom et signature du technicien)													

M : Mensuel