FICHES RÉFLEXES ET CRITICITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX DU CH DE CHARLEVILLE MÉZIERES

ABIH 2015 HENNECHART W.

1 Contexte :

- **4048 dispositifs Médicaux** en charge par l'équipe
- Garantir la qualité des soins aux patients en respectant le **critère 8K V2010 de l'HAS**
- Assurer la sécurité et la qualité des DM en respectant la norme ***NF S99170 « Maintenance des Dispositifs Médicaux »*** et le décret ***n° 2001-1154*** du 5/12/2001

2 Enjeux / objectifs

- Complémenter les champs de la GMAO
- Etre conforme au critère 8K de l'HAS.
- Calculer le taux de criticité d'un maximum de DM.
- Etablir des fiches réflexes pour les DM critiques < 50%
- Faire valider la procédure par le service QHSE.

Choix de la méthode

3



4

4048 DM

Etude projet

6 Services Sensibles

187 Modèles

Analyse



Bilan



Fiches reflexes



conclusion / Perspective d'avenir :

La méthode de calcul de la criticité des DM est maintenant bien définie et validée par le QHSE. 6 services ont été étudiés et une dizaine de fiches réflexes ont été mises en place.

Reste à réaliser l'étude dans les autres services et intégrer les fiches réflexes obtenues dans le logiciel SHAREPOINT afin qu'elles soient disponibles de n'importe quel poste de l'hôpital, pour tous les techniciens du SBM.

Bibliographie :

Norme NF S99-170 : http://www.afnor.org (Mai 2015)
Décret n° 2001-1154 : http://legifrance.fr (Mai 2015)
Critère 8K V2010 : http://has.fr (Mai 2015)
http://www.ch-charleville-mezieres.fr/j
différentes méthodes criticité : http://www.utc.fr (juin 2015)

Glossaire

DM :Dispositif Médical
HAS : Haute Autorité de Santé
QHSE : Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement
SBM : Service Biomédical

EN SAVOIR PLUS: http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/15/stage/hennechart/index.html