

REFERENCIEL D' EVALUATION		
DECLINAISON DU CRITERE	PONDERATION	REFERENTIEL D'AIDE A LA PONDERATION
GRAVITE		
PAS GRAVE	1	sans effet visible pour la santé
PEU GRAVE	2	effets visible mais faible sur la santé
ASSEZ GRAVE	3	effets grave sur la santé mais réversibles
GRAVE	6	effets grave sur la santé irréversibles
MORTEL	10	Menace du pronostic vital,décès
CLASSE CE		
Appareil sans classe CE	1	Valeur 1 par défaut à modifier suivant le cas présent par la personne compétente de 1 à 5. De fait De fait De fait De fait
classe I	2	
classe IIa	3	
classe IIb	4	
classe III	5	
ALTERNATIVE		
Dans le service / facile à mettre en place	1	Solution de suppléance par moyen direct (remplacement de materiel) /technique médicale /ou de replis sur autre technique chirurgicale paliative compatible.
Dans le batiment / envisageable	2	
Sur le site / difficile	3	
Sur le CHU / très difficile	4	
Pas sur le CHU / impossible	5	
MAITRISE		
Réalisé	x 0,5	Coefficient pondérateur lié aux contrôles et ou maintenances relatives aux obligations législatives et normatives (Mode opératoires, procédures internes et externes, décrets permettant de garantir l'efficacité du contrôle ou de la maintenance sur le DM).
Partiellement réalisé ou non applicable	x 0,75	
NON réalisé	x 1	