

CNEH	DESIGNATION	ING REF	GRAVITE	CLASSE CE	ALTERNATIVE	CRITICITE	MAINTENANCE	CRITICITE maitrisé
06001	ECHOGRAPHE	CB-I	2-peu grave	3-Classe IIa	2-Dans le batiment / envisageable	7	0,5-Réalisé	3,5
06002	SONDE ECHOGRAPHE	CB-I	2-peu grave	3-Classe IIa	2-Dans le batiment / envisageable	7	0,5-Réalisé	3,5
06022	SONDE TRANS-OESOPHAGIENNE	CB-I	2-peu grave	3-Classe IIa	2-Dans le batiment / envisageable	7	0,5-Réalisé	3,5
15001	ELECTROENCEPHALOGRAPHE	TLF EL2	1-pas grave	4-classe IIb	2-Dans le batiment / envisageable	7	1-NON réalisé	7
15101	ELECTROCARDIOGRAPHE	CB-EL2	1-pas grave	3-Classe IIa	2-Dans le batiment / envisageable	6	0,5-Réalisé	3
15902	MONITEUR DE SURVEILLANCE MODULAIRE	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15905	MONITEUR DE P.N.I.	VH	2-peu grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	7	1-NON réalisé	7
15906	MONITEUR DE PO2 / PTCO2	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,75-Partiellement réalisé ou non applicable	8,25
15908	MONITEUR DE SPO2	VH	3-assez grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	1-NON réalisé	8
15962	MODULE PNI	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15963	MODULE SPO2	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15965	MODULE SVO2	VH	6-grave	4-classe IIb	2-Dans le batiment / envisageable	12	0,5-Réalisé	6
15967	MODULE CO2	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15971	MODULE ECG/RESPIRATION	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15972	MODULE TEMPERATURE	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15973	MODULE DE PRESSION INVASIVE - PI	VH	6-grave	3-Classe IIa	1-Dans le service / facile à mettre en place	10	0,5-Réalisé	5
15976	MODULE TRANSFERT DE DONNEES	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15985	MODULE MULTIPARAMETRIQUE	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15990	BOITIER A MODULES	VH	6-grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	11	0,5-Réalisé	5,5
15998	POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE	VH	10-mortel	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	15	0,5-Réalisé	7,5
24305	ANALYSEUR HEMOSTASE RAPIDE	TLF L	1-pas grave	1-Classe 0	4-Sur le CHU / très difficile	6	1-NON réalisé	6
32201	VENTILATEUR	VH	10-mortel	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	15	0,5-Réalisé	7,5
32202	INSUFFLATEUR MANUEL	VH	2-peu grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	7	0,5-Réalisé	3,5
32204	HUMIDIFIC. CHAUFFANT	VH	3-assez grave	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	0,5-Réalisé	4
32231	VENTILATEUR TRANSPORT	VH	10-mortel	4-classe IIb	2-Dans le batiment / envisageable	16	0,5-Réalisé	8
32241	VENTILATEUR	VH	10-mortel	4-classe IIb	1-Dans le service / facile à mettre en place	15	0,5-Réalisé	7,5
32271	VENTILATEUR HAUTE FREQUENCE	VH	10-mortel	4-classe IIb	2-Dans le batiment / envisageable	16	0,5-Réalisé	8

32301	ASPIRATEUR DE MUCOSITES	VH	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	0,75-Partiellement réalisé ou non applicable	6
32401	POUSSE-SERINGUE	VH	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	1-NON réalisé	8
32402	POMPE A PERFUSION	VH	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	1-NON réalisé	8
32405	POMPE A NUTRITION	VH	2-peu grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	7	1-NON réalisé	7
32408	BASE SYSTEME PERFUSION MODULAIRE	VH	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	1-NON réalisé	8
32414	POUSSE SERINGUE NUTRITION	VH	2-peu grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	7	1-NON réalisé	7
32501	DEFIBRILLATEUR	VH	10-mortel	4-classe Iib	2-Dans le bâtiment / envisageable	16	0,5-Réalisé	8
32502	STIMUL.CARDIAQUE EXT	VH	10-mortel	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	15	0,75-Partiellement réalisé ou non applicable	11,25
32601	INCUBATEUR DE TRANSPORT	TLF EL1	2-peu grave	4-classe Iib	4-Sur le CHU / très difficile	10	0,5-Réalisé	5
32604	APP. PHOTOTHERAPIE	TLF EL1	3-assez grave	2-Classe I	1-Dans le service / facile à mettre en place	6	0,5-Réalisé	3
32610	BALANCE POUR INCUBATEUR	TLF EL1	1-pas grave	2-Classe I	1-Dans le service / facile à mettre en place	4	0,5-Réalisé	2
32641	INCUB/TABLE RADIANT	TLF EL1	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	0,5-Réalisé	4
32698	INCUBATEUR SI	TLF EL1	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	0,5-Réalisé	4
32699	ACCESS. REA. PEDIATR.	TLF EL1	3-assez grave	1- Sans classe	5-Pas sur le CHU / impossible	9	1-NON réalisé	9
32701	GENERATEUR MAT.CHAUF AIR	VH	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	1-NON réalisé	8
32703	SYST CHAUD/ FROID PATIENT	VH	3-assez grave	4-classe Iib	1-Dans le service / facile à mettre en place	8	0,5-Réalisé	4
37002	LUMIERE FROIDE	TLF EL2	2-peu grave	2-Classe I	1-Dans le service / facile à mettre en place	5	1-NON réalisé	5
44105	MESURE DEBIT DE DOSE	TLF L	1-pas grave	1- Sans classe	3-Sur le site / difficile	5	1-NON réalisé	5
48501	SOUEUSE SACHETS	TLF L	1-pas grave	1- Sans classe	3-Sur le site / difficile	5	1-NON réalisé	5
54275	PESE BEBE	TLF L	1-pas grave	2-Classe I	1-Dans le service / facile à mettre en place	4	0,5-Réalisé	2
62201	IMPRIMANTE	CB-I				#VALEUR!		#VALEUR!
62209	ECRAN-PLAT TFF	VH	1-pas grave	4-classe Iib		#VALEUR!		#VALEUR!
62288	IMPRIMANTE LASER	VH	1-pas grave	2-Classe I		#VALEUR!		#VALEUR!
62292	CONTROLEUR DE RESEAU	VH	1-pas grave	4-classe Iib		#VALEUR!		#VALEUR!
64002	ONDULEUR	TLF L				#VALEUR!		#VALEUR!
64073	CHARGEUR DE BATTERIE	VH	1-pas grave	4-classe Iib		#VALEUR!		#VALEUR!
64076	ACCU. OU BATTERIE	VH	1-pas grave	4-classe Iib		#VALEUR!		#VALEUR!
68101	REFRIGERATEUR +4/CONGELATEUR -20°C	TLF L	1-pas grave	1- Sans classe	2-Dans le bâtiment / envisageable	4	1-NON réalisé	4
68102	REFRIGERATEUR +4°C	TLF L	1-pas grave	1- Sans classe	2-Dans le bâtiment / envisageable	4	1-NON réalisé	4
68201	CONGELATEUR -20°C	TLF L	1-pas grave	1- Sans classe	2-Dans le bâtiment / envisageable	4	1-NON réalisé	4
70008	CHAUFFE-BIBERON	TLF L	3-assez grave	1- Sans classe	1-Dans le service / facile à mettre en place	5	1-NON réalisé	5