

Description de la situation



- Centre Hospitalier de Lagny Marne la Vallée**
- Hôpital Pavillonnaire
 - 390 lits MCO
 - 7 salles de blocs opératoires
 - 1 Scanner
 - 1 IRM en GIE
 - 2 Coronarographies numérique
 - 1 Angiographie numérique
 - 1 Salle capteur plan
 - 1 Salle télécommandée numérisée
 - 1 Salle conventionnelle
 - 2 Accélérateurs de particules

Nouvel Hôpital de Marne la Vallée

- Hôpital Monobloc
- 460 lits MCO
- 10 salles de blocs opératoires
- 2 Scanners
- 1 IRM
- 2 Coronarographies numérique
- 1 Angiographie numérique
- 2 Salles capteurs plans
- 1 Salle télécommandée numérisée
- 2 Accélérateurs à particules
- 1 Mammographie numérique



Conclusion



Clarification du Projet



Programme d'équipements

Service	Equipements Listés	Qté prog	Libellé des équipements	Qté achat	Qté récup	Equipements possédés par le Centre Hospitalier	Coût du déménagement	Appel d'offre à réaliser	Contrainte d'implantation	Budget achat TTC
I M A G E R I E	SCANNER	2	SCANNER COMPLET EN PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE	1	0			oui	non	1 000 000 €
			SCANNER URGENCES	1	0			oui	non	1 000 000 €
	IRM	1	IRM	1	0			oui	non	1 500 000 €
	MAMMOGRAPHE NUMERIQUE	1	MAMMOGRAPHE NUMERIQUE	1	0			oui	non	
	TABLE DE MACROBIOPSIE + SYSTEME DE STEREOTAXIE	1	TABLE DE MACROBIOPSIE + SYSTEME DE STEREOTAXIE	0	1	Marque: SIEMENS Type: MAMMOTEST	en attente de réponse	oui	non	
	CAPTEUR PLAN D'IMAGERIE CONVENTIONNELLE	2	SUSPENSION PLAFONNIERE + STATIF CAPTEUR PLAN	1	0			oui	non	350 000 €
	SALLE D'IMAGERIE CONVENTIONNELLE	1	SALLE TRADITIONNELLE	0	1	Marque: PHILIPS Type: BUCKY	en attente de réponse	oui	En attente de réponse	
M E D I C A L E	SALLE D'IMAGERIE CONVENTIONNELLE	1	SALLE TELECOMMANDEE	0	1	Marque: SIEMENS Type: ICONOS R200	en attente de réponse	oui	En attente de réponse	
			RADIOGRAPHIE MOBILE	3	APPAREIL DE RADIOGRAPHIE MOBILE	3	0		oui	non
	Radiothérapie	SCANNER	1	SCANNER	0	1	Marque: GE Type: LIGHTSPEED 16	en attente de réponse	En attente de réponse	
Radiothérapie	ACCELERATEUR DE PARTICULES	2	ACCELERATEUR DE PARTICULES	0	1	Marque: ELEKTA type: PRECISE	200 000 €	oui	oui	
				1	1	Marque: ELEKTA type: SYNERGIE	200 000 €	oui	oui	
Plateau Technique de Cardiologie	CORONAROGRAPHIE NUMERISEE	2	CORONAROGRAPHIE NUMERISEE	2	2	Marque: SIEMENS type: AXIOM ARTIS	en attente de réponse	oui	oui	
	ANGIOGRAPHIE NUMERISEE	1	ANGIOGRAPHIE NUMERISEE	1	0			oui	non	673 100 €
Budget total d'investissement pour ces opérations										2 673 100 €

Bibliographie

- ✓ Programme Technique Détaillé (aspects fonctionnels) version 2 De mai 2005 réalisé par SANTEA.
- ✓ Programme Technique Détaillé (aspects techniques) indice B De mars 2005 réalisé par SANTEA.
- ✓ « Revue de presse » du Centre Hospitalier de Lagny Marne la Vallée Edité le 17 octobre 2008.
- ✓ Dossier de presse de l'ARH d'Île de France
- Réalisé par le Centre Hospitalier de Lagny Marne la Vallée en février 2007
- « Revue de presse » du Centre Hospitalier de Douai
- Edité le 26 septembre 2008
- Site internet du CH de Douai sur www.ch-douai.fr
- ✓ Bâtiment et démarche HQE Edité par ADEM en avril 2007

La Démarche

