



Biomédical : standard d'organisation de l'atelier


N2-2371-V4

Date de dernière modification : 13/06/2018

Plan d'organisation de l'atelier biomédical


Etant conscient de l'importance de la qualité dans la performance de ses services, le Service Biomédical du Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon a lancé une démarche 5S dans son atelier biomédical et ses locaux de stockage afin de gagner en productivité et en confort de travail.


Ce document est un standard d'organisation de l'atelier biomédical. Il présente les différents emplacements et dispositions (matériels, outils, documents et autres) dans l'atelier.





Plan global de l'atelier





Atelier principal

1

Etagères	Colonne
Etagère 6	DM en panne-CEDRIC
Etagère 5	DM en cours-CEDRIC
Etagère 4	DM en panne-RONAN
Etagère 3	DM en cours-RONAN
Etagère 2	DM en cours-CYRIL
Etagère 1	DM en panne-CYRIL

2

Etagères	Colonne 1	Colonne 2	
Etagère 5	Ecrans-Récupérés	AMBU	
Etagère 4	Matériels repris par Fournisseurs	Remise en service DM Technicien 4	Remise en service DM Technicien 2
Etagère 3	Parc de prêt biomédical	Remise en service DM Technicien 1	Remise en service DM Technicien 3
Etagère 2	Parc de prêt biomédical	Arrivées Noyon	Départs Noyon
Etagère 1	Arrivées instrumentations	Départs instrumentations stérilisation	

Biomédical : standard d'organisation de l'atelier

Poste central de l'atelier:



3a



ZONE DE DEPANAGE

NIVEAUX		COLONNES								
SUPERIEUR		INDEFINI								
CLASSEURS 2		65-70	71-78	79-85	86-92	93-98	Indéfinis	Indéfinis	Indéfinis	Indéfinis
CLASSEURS 1		De 1 à 7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-64
WORK TABLE		POSTE Tech-1			POSTE-CENTRAL		POSTE Tech-2			
NIVEAU 0	Imprimante	Personnel-P1	Poubelle-P1	Pile-cassette	Poubelle-P Central	Divers-P2	Poubelle-P2	Divers-P2	Indéfini	
	Personnel-P1	Scotch-post-it		Docs-P2		Docs-P2				
	Personnel-P1	Ramettes-stylos		Personnel-P2		Personnel-P2				
	Blouses-P1	Enveloppes		Blouses-P2		Blouses-P2				

3b



Indéfini		
POSTE Tech-3		
Divers-P3	Poubelle-P3	Divers-P3
Docs-P3		Docs-P3
Personnel-P3		Personnel-P3
Blouses-P3		Blouses-P3



4



ARMOIRE EN BOIS


ETAGES	COLONNE 1	COLONNE 2	COLONNE3
ETAGE 3	Triclophem/ Airphem/ Detecphem	Gants & lingette	Colle EPOXY/ Outillage de collage
ETAGE 2	Lubrification/ Soudure Nette	Détecte fuite/ Nettoyage ultra sec	Nettoyage alimentaire et moniteur
ETAGE 1	Nettoyage de surface	Désinfectants/ nettoyeur/solvants/ désoxydants	Graisse et huiles dégrippantes

5



TABLEAU DE RANGEMANT

EMPLACEMENT TOURNE-VIS ET CLES		
TIROIR SUPERIEUR	Caisse à outil Noire (posée à gauche des tiroirs à outil)	Outillages de petite taille
TIROIR MILIEU		Outillages et caisse de taille moyenne
TIROIR BAS		Outillages et caisse de grande taille
DESSOUS		Indéfini (vide)



Atelier ECME (Equipements de Contrôle, de mesures et d'essais)

Compresseur en attente de réparation



Étagère 2	Compresseurs fonctionnels		Accessoires Matelas (ARJOHUNTLEIGH)		Matelas
Étagère 1	Adaptateurs chargeurs matelas	ARJOHUNTLEIGH Autologic - Nimbus 4	ARJOHUNTLEIGH Autoexcel	ARJOHUNTLEIGH Autoexcel	E-PUMP
SURFACE DE MESURE		Cordons moteurs	Réparation/test moteurs	ZONE DE TEST POMPE A NUTRITION	
Tiroir 3	Racks moniteurs philips	Chargeurs matelas	LE FRIGO	Tiroir 4	Cordons secteurs
Tiroir 2	Racks moniteurs philips			Tiroir 3	Cordons secteurs
Tiroir 1	Racks moniteurs philips			Tiroir 2	Module philips
				Tiroir 1	Prêt biomédical : module




Étagère 2	Tuyaux divers	Moniteur test	Ecouvillons	
Étagère 1	ECME ECG, pompe et pousse seringue	Seringue BD/ accessoires divers	Lecteur code-barres bouteilles fluid-méd	
Tiroirs gauches en dessous		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ESPACE LIBRE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Chariot avec Imprimante Couleur</div>	Tiroirs droites en dessous	
Tiroir 3	Circuits patient (Tuyaux)		Tiroir 4	Stéthoscope
Tiroir 2	Indéfini		Tiroir 3	Câbles USB-VGA
Tiroir 1	Testeur sécurité électrique		Tiroir 2	Câbles ethernet (orange)
			Tiroir 1	Câbles USB-VGA



Étagère 2	Classeurs fluides médicaux	MATERIEL TP-UTC	
Étagère 1	Classeurs ECME	MATERIEL TP-UTC	
Espace de travail		Armoire	
-Zone de test du bistouri électrique -Emplacement des ECME		Tiroir 4	Cellule Matelas Autologic
		Tiroir 3	Kit Nimbus+Autoexcel
Pédales (Coag + Coupe)		Tiroir 2	Cellule Autoexcel
		Tiroir 1	Cellule Nimbus

Pousses seringue pour plan blanc
 Blouses stagiaires et ECME accessoires



Bureau Référent fluides médicaux

Emplacement composants électroniques

9

DESSUS	CARTONS			
ETAGE 8	Accessoires Divers			
ETAGE 7	Covidien	Drager	Drager	Drager
ETAGE 6	GE	GE	GE	Geting
ETAGE 5	Vide	Mediq (kinessonne)	Maquet	Maquet
ETAGE 4	ODAM	Olympus	Olympus	OMNIS mediacl
ETAGE 3	Resmed Elysse	Resmed Elysse	Stryker	Vide
ETAGE 2	Space Labs	Télécommandes	TAEMA	Téléflex
ETAGE 1	Zimmer	Zoll medical	Vide	Vide
DESSOUS	Accessoires non spécifié			

9-Droite

DESSUS	Matelas entier			
ETAGE 8	DIVERS LAMPES			
ETAGE 7	ANIOS	ANIOS	B BRAUN	B BRAUN
ETAGE 6	Fischer Paykel	Fresenius	Gambro	GE
ETAGE 5	HEINE	Huntleigh	Intersurgical LTD	KINETEC
ETAGE 4	MINDRAY	MIELE	OCEASOFT	OCEASOFT
ETAGE 3	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	PHYSIO
ETAGE 2	Soluscope	Soluscope	Soluscope	Soluscope
ETAGE 1	Verathon	Weinman	Welch Allyn	Welch Allyn
DESSOUS	Batteries Divers	Batterie-lève malade	Batterie PS/ECG/ Pompe	Batterie moniteur

9-Milieu

DESSUS	Aluminium encadrant embases tables opératoires			
ETAGE 8	Cellule O2	Divers	Lampe	Lampe + douille
ETAGE 7	AESULAP	ALARIS IVAC	AMBU	AMCOR
ETAGE 6	DLM	Dumont sécurité	EPPENDORF	ERBE
ETAGE 5	Golvo-Loko	Golvo-Loko	Golvo-Loko	Golvo-Loko
ETAGE 4	Vide	Maquet	Medtronic	Mediprema
ETAGE 3	OLDHAM	Pentax	Pulsion Picco	Perrotte OM 25
ETAGE 2	SCHMITZ	SEGA/TEM	Siemens	Smiths médical
ETAGE 1	Thermofisher	TrumpF	TrumpF	Varay laborix
DESSOUS	Non spécifié			

9-Gauche

10




ETAGE 8	Indéfini
ETAGE 7	AUTRES
ETAGE 6	Brassards + Connecteurs
ETAGE 5	Capteurs SPO2
ETAGE 4	Rallonges SPO2
ETAGE 3	BRINS D'ECG
ETAGE 2	TRANSFO
ETAGE 1	Zone d'attente de décision
DESSOUS	Tjrs propre et vide

11



DESSUS	Kit immobilisation transport patient
ETAGE 5	DM en panne LAURENT
ETAGE 4	ENCOURS LAURENT
ETAGE 3	Manomètres gaz médicaux/ Reception Fluides
ETAGE 2	Filtres Solusopes
ETAGE 1	Glucomètres/Régulateurs Fluides médicaux
DESSOUS	Tjrs propre et vide

Indéfini		
POSTE Tech-4		
Personnel-P4		Personnel-P4
Poubelle-P4		Scanner air liquide santé/ PC-P4
		Blouses-P4



A1



Etagère au-dessus	Pièces fluid-med En panne		Indéfini (Vide)		Circuits patient-Bras SERVO I-Filtres		
Niveau espace de travail	Régulateurs Fluid-Médic	Oscilloscope	Respirateurs de transport	Défibrillateur	PC-CQ en Ventilation	Simulateurs	Imprimante
	Tiroirs Gauche			Tiroirs Milieu			Tiroirs Droite
	Débitres			TP/UTC			Dialyse
	Flexibles FM			TP/UTC			Dialyse
	Régulateurs Fluid-Méd			Circuits patient			Pièces Servo I
	Régulateurs Fluid-Méd	Flexibles FM		Kit test Infant flow			Circuit Test Réchauffeur Patient

A2



TIROIRS	COLONNE GAUCHE	COLONNE MILIEU	COLONNE DROITE
NIVEAU 5	Doc UTC CESAR, Bistouri, QA90	Doc Servo 300	Doc AK 200 ; WRO300 Gambro
NIVEAU 4	Indéfini	Indéfini	Téléphone
NIVEAU 3	Indéfini	Indéfini	Indéfini
NIVEAU 2	Indéfini	Indéfini	Indéfini
NIVEAU 1	Indéfini	Indéfini	Indéfini



LE POSTE CENTRAL DE L'ANNEXE